

Số: ~~337~~ /BV-Dược&TTBYT
V/v mời cung cấp thông tin báo giá
test ma túy 4 thành phần

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Quý Công ty


Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu đang có nhu cầu mua sắm test nhanh chẩn đoán ma túy 4 thành phần phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Bệnh viện kính mời các Công ty quan tâm gửi thông tin báo giá của các mặt hàng sau:

1. Danh mục hàng hóa: gồm 01 mặt hàng, theo phụ lục đính kèm.
 2. Thời gian nhận báo giá các mặt hàng: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày ngày 18/8/2022.
 3. Các công ty gửi báo giá đầy đủ thông tin các mặt hàng theo mẫu báo giá của Công văn mời chào giá.
 4. Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các Công ty cung cấp đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
 5. Vui lòng gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu, 68 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý công ty.
Xin chân thành cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, Dược& TTBYT





Tên công ty.....
 Địa chỉ/ văn phòng đại diện/ trụ sở chính.....
 SĐT..... Email:.....
 Mã số thuế.....

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày:.....
 Kính gửi:.....

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Phân nhóm	Phân loại TTYT	Đơn giá báo (đã gồm VAT)	Giá kê khai	Hiệu lực kê khai	Đường dẫn giá kê khai	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Test ma túy 4 thành phần	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + Amphetamine: 1000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất.	Test	6115										

Báo giá có hiệu lực:.....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
 (Ký tên ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA CẦN MUA SẴM PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC KHÁM
SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM LIÊN CHIỀU NĂM 2022

(Đính kèm Công văn số... 337.../BV-Dược&TTBYT ngày 11.../8/2022)

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Test ma túy 4 thành phần	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + Amphetamine: 1000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất.	Test	6115	

