

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BVĐK NAM LIÊN CHIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 312/BV- Dược & TTBYT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2023

V/v mời chào giá cung ứng vật tư y tế,
hóa chất bổ sung phục vụ công tác
khám, chữa bệnh thường xuyên tại đơn
vị trong thời gian chờ các kết quả lựa
chọn nhà thầu tiếp theo.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Hiện tại, BVĐK Nam Liên Chiều đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. Bệnh viện kính mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào giá đối với các mặt hàng cần mua sắm. Cụ thể như sau:

1. Danh mục hàng hóa cần mua sắm: theo Phụ lục 1 đính kèm.
2. Nội dung báo giá: đầy đủ chi tiết các thông tin theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm.
 - Hồ sơ nộp kèm theo bản in giá kê khai của mặt hàng đã công bố còn hiệu lực trên cổng thông tin của Bộ Y tế.
 - Báo giá phải có xác nhận của Công ty bằng bảng chính (ký và đóng dấu của đại diện hợp pháp).
 - Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mở chào giá.
3. Địa điểm nộp báo giá: Khoa Dược & TTBYT, BVĐK Nam Liên Chiều.
Địa chỉ: 68 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0983.50.86.50.
4. Thời gian nhận báo giá: bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 16/04/2023.

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Tổ CNTT (đăng website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC


Trần Viết Gia

Phụ lục 1
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG CẦN MUA SẴM
 (Đính kèm Công văn số 312/BV- DƯỢC & TTBYT ngày 07 tháng 04 năm 2023
 của Bệnh viện Đa Khoa Nam Liên Chiểu)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bông y tế thấm nước	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên, không bụi bẩn. + Gói 1kg. + Chứng nhận ISO hoặc tương đương.	Kg	28
2	Băng thun 3 inch	Kích cỡ: 7,5cm x 550cm . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 , hoặc TCCS , hoặc tương đương	Cuộn	20
3	Chỉ Daclon Nylon 3/0 12 sợi/ Hộp	Chỉ không tan 3/0 Dài 75cm kim tam giác. Đạt tiêu chuẩn ISO , hoặc CE, hoặc tương đương	Sợi	295
4	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0	Ch Polyglactin 910 số 4/0 .Dài 75cm kim tròn Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO , hoặc tương đương	Sợi	12
5	Dây oxy 2 nhánh	Chứng nhận ISO , hoặc tương đương	Cái	108
6	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các loại (Ortho-phthaladehyde 0,55%)	Can 5 lít. Dung dịch 0,55% Ortho- Phthalaldehyde . Đạt tiêu chuẩn ISO , hoặc tương đương	can	3
7	Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế	Hỗn hợp 5 enzyme+ chất hoạt động bề mặt tẩy rửa dụng cụ y tế với 5 enzyme. Chứng nhận ISO 13485 , CE, hoặc tương đương	Lít	2
8	Gạc dẫn lưu vô trùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Kích thước 0.75×200×4 lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO, hoặc TCCS, hoặc tương đương	Miếng	22
9	Gạc hút y tế khổ 0.8m	Gạc màu trắng, không ó vàng, không được có xơ, hút nước tốt. + Chứng nhận ISO hoặc tương đương.	can	290

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
10	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30*40*6 lớp CQVT Gói/5miếng	Gạc có cản quang, tiệt trùng. Kích thước 30x40cm, 6 lớp hoặc tương đương. Chứng nhận ISO , hoặc tương đương.	Gói	331
11	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Găng tay đã tiệt trùng, dùng trong phẫu thuật. Găng loại có phủ bột và không bột, bề mặt nhẵn hoặc nhám. + Chứng nhận ISO hoặc tương đương.	Đôi	1,057
12	Kim sặc thuốc	Kim tiêm 18 G-24 G vô trùng, không độc, không gây sốt. + Chứng nhận ISO hoặc tương đương.	Cái	3,458
13	Mặt khí dung các cỡ	Được làm từ chất liệu nhựa PVC.Kẹp mũi điều chỉnh được. Mask với 2 dây đeo đàn hồi. Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, hoặc TCCS ,hoặc tương đương	Cái	68
14	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B	Phát hiện định tính kháng nguyên HBV trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 100%so sánh với phương pháp Elisa. Giới hạn phát hiện 1 ng/ml. Các mẫu ly giải máu, mẫu mỡ máu, vàng da không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, chứa kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV và phụ nữ mang thai. Thanh thử ổn định 72 giờ sau khi mở túi nhôm.	Test	650

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
15	Test nhanh chẩn đoán HIV	Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.8% so sánh với phương pháp Elisa..Không có phản ứng chéo với các mẫu thâm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. Thanh thử ổn định 48 giờ sau khi mở túi nhôm.	Test	260
16	Anti-A	Kháng thể đơn dòng được dẫn xuất từ các dòng tế bào lai, được tạo ra bằng cách hợp nhất tế bào lympho B sinh kháng thể của chuột với các tế bào u tủy chuột. Mỗi dòng tế bào lai sinh ra kháng thể đồng nhất chỉ của 1 lớp immunoglobulin giống nhau về cấu trúc hóa học và hoạt tính miễn dịch. Tế bào hồng cầu người có kháng nguyên A sẽ ngưng kết khi có mặt kháng thể tiếp xúc trực tiếp với kháng nguyên	Lọ	3
17	Anti AB	Kháng thể đơn dòng được dẫn xuất từ các dòng tế bào lai, được tạo ra bằng cách hợp nhất tế bào lympho B sinh kháng thể của chuột với các tế bào u tủy chuột. Mỗi dòng tế bào lai sinh ra kháng thể đồng nhất chỉ của 1 lớp immunoglobulin giống nhau về cấu trúc hóa học và hoạt tính miễn dịch. Tế bào hồng cầu người có kháng nguyên A và/hoặc kháng nguyên B sẽ ngưng kết khi có mặt kháng thể tiếp xúc trực tiếp với kháng nguyên		3

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
18	Anti B	Kháng thể đơn dòng được dẫn xuất từ các dòng tế bào lai, được tạo ra bằng cách hợp nhất tế bào lympho B sinh kháng thể của chuột với các tế bào u tủy chuột. Mỗi dòng tế bào lai sinh ra kháng thể đồng nhất chỉ của 1 lớp immunoglobulin giống nhau về cấu trúc hóa học và hoạt tính miễn dịch. Tế bào hồng cầu người có kháng nguyên B sẽ ngưng kết khi có mặt kháng thể tiếp xúc trực tiếp với kháng nguyên	Lọ	3
19	Anti D (IgM+IgG)	Kháng thể đơn dòng được dẫn xuất từ các dòng tế bào lai, được tạo ra bằng cách hợp nhất tế bào lympho B sinh kháng thể của chuột với các tế bào u tủy chuột hoặc được dẫn xuất từ dòng tế bào người B qua quá trình chuyển giao EBV. Mỗi dòng tế bào lai sinh ra kháng thể đồng nhất chỉ của 1 lớp immunoglobulin giống nhau về cấu trúc hóa học và hoạt tính miễn dịch. Tế bào hồng cầu người có kháng nguyên D sẽ ngưng kết khi có mặt kháng thể tiếp xúc trực tiếp với kháng nguyên	Lọ	3
20	RF Latex	Xét nghiệm phiên ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng in- vitro của các yếu tố thấp khớp(RF) trong huyết thanh không pha loãng để phát hiện các bệnh thấp khớp. Hộp 100test. ISO-13485. Thuốc thử có độ nhạy ở ngưỡng 8 IU/ml. Bảo quản ở 2-8 độ C	Hộp	1
21	CRP Latex	Xét nghiệm phiên ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng C-Reactive Protein (CRP) của các bệnh viêm nhiễm. Hộp 100test. ISO-13485. Thuốc thử có độ nhạy ở ngưỡng 0.6 mg/dl. Bảo quản ở 2-8 độ C	Hộp	3

Phụ lục 2

(Đính kèm theo Công văn số 312 : BV- Dược & TTBYT ngày 07 tháng 04 năm 2023
của Bệnh viện Đa Khoa Nam Liên Chiểu)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa Khoa Nam Liên Chiểu

Công ty:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Email:

Hiệu lực của báo giá:.....

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký hiệu mã	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Phân nhóm theo Thông tư 14	Phân loại	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đã có VAT)	Giá kê khai theo ND98	Mã kê khai theo ND98
1														
...														
Tổng cộng:														

....., ngàytháng.....năm.....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)