

## **YÊU CẦU CHÀO GIÁ**

**V/v mời cung cấp thông tin báo giá Dịch vụ sửa chữa  
Máy phân tích sinh hoá tự động hoàn toàn và Máy sinh hoá bán tự động  
cho phòng Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2023**

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói Dịch vụ sửa chữa Máy phân tích sinh hoá tự động hoàn toàn, model: Humastar 600, seri: 15129035, hãng: Human – Đức và Máy sinh hoá bán tự động, model: HUMALYZER 2000, seri: 2500-7133, hãng: Human – Đức cho phòng Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

#### **Bệnh viện Đa Khoa Nam Liên Chiểu**

- Địa chỉ: Số 68 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu,  
Thành phố Đà Nẵng.

- SĐT: 02363.764.935

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

#### **Khoa Dược & TTBYT - Bệnh viện Đa Khoa Nam Liên Chiểu**

- SĐT: 02363.769.207 hoặc: Phan Quang Tú - 0935.11.50.50

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Khoa Dược & TTBYT - BVĐK Nam Liên Chiểu.

- Địa chỉ: Số 68 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu,  
Thành phố Đà Nẵng (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu).

Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I – Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của báo giá theo quy định tại khoản 2- Mục II gửi về địa chỉ email của

người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4 Mục I. Bản giấy phải được gửi về Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 16h30 ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

S T T	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
01	Dịch vụ sửa chữa Máy phân tích sinh hoá tự động hoàn toàn, model: Humastar 600, seri: 15129035, hãng: Human – Đức	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiện trạng theo tờ đề nghị: báo lỗi bộ phận làm lạnh khay hóa chất không giữ được nhiệt độ để bảo quản hóa chất được ổn định, từ đó không đảm bảo được chất lượng thuốc thử lâu dài.</li> <li>- Hiện trạng theo biên bản giám định kỹ thuật:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chạy chương trình Temperature test báo lỗi Fail.</li> <li>+ Kiểm tra 4 sò peltier phát hiện trở kháng hỏng.</li> </ul> </li> <li>- Khắc phục:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thay “Peltier Repair kit for HumanStar 600 rev A-D” (bản REF: 16660/135 hoặc tương thích được với máy).</li> </ul> </li> </ul>	01	Máy	Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu	90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
02	Dịch vụ sửa chữa Máy sinh hoá bán tự động, model: HUMALYZER 2000, seri: 2500-7133, hãng: Human – Đức	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiện trạng theo tờ đề nghị: Máy Huma Lyze H2000 không hoạt động được.</li> <li>- Hiện trạng theo biên bản giám định kỹ thuật               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đèn Halogen hỏng.</li> <li>+ Máy in lỗi Paper Jam dù không kẹt giấy.</li> <li>+ Bàn phím mất chữ.</li> </ul> </li> <li>- Khắc phục:</li> </ul>	01	Máy	Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu	90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng

		+ Thay đèn Halogen “Lamp for HumaLyzer 2000” (bản REF: 18340/05 hoặc tương thích được với máy). + Thay máy in “Printer Mechanism for HumaLyzer 2000” (bản REF: 18360/15 hoặc tương thích được với máy). + Khắc phục tình trạng bàn phím mất chữ.				
<b>Tổng cộng : 02 khoản.</b>						

- Bảng chào giá phải có cam kết về thời hạn bảo hành tối thiểu 6 tháng (tính từ thời điểm hoàn thành nghiệm thu).

- Bảng chào giá phải có xác nhận của Công ty bằng bản chính (ký và đóng dấu của đại diện hợp pháp).

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mở chào giá.

- Hồ sơ pháp lý và năng lực của doanh nghiệp có khả năng sửa chữa, bảo trì những máy móc, trang thiết bị trên.

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Tổ CNTT (đăng website);
- Lưu: VT, D&TTBYT.



**Bs. Trần Viết Gia**



# Mẫu báo giá

**Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế**

## BẢNG BÁO GIÁ

(Đính kèm theo Thư mời số 1.023./YCBG-BV ngày 08.11./2023)

**Kính gửi: Bệnh viện Đa Khoa Nam Liên Chiểu**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1						
2						
...						
<b>Tổng cộng:</b> (đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan)						
<b>Số tiền bằng chữ:</b> .....						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ..... [ghi ngày ... tháng ... năm ..... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Thời gian dự kiến hoàn thành dịch vụ: ... ngày;

4. Thời gian bảo hành (nếu có): ... ngày;

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**

Ký tên, đóng dấu (nếu có)