

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

V/v mời chào giá vật tư nha, thiết bị y tế, oxy y tế cho  
Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2024

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung ứng.

Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư nha, thiết bị y tế, oxy y tế để tham khảo, xây dựng giá Gói thầu mua sắm vật tư nha, thiết bị y tế, oxy y tế cho Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2024.

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện đa Khoa Nam Liên Chiểu.**

Địa chỉ: Số 68 Hoàng Văn Thái, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.  
SĐT: 02363.764.935.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Khoa Dược & TTBYT - Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu.

Địa chỉ: 68 Hoàng Văn Thái, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. SĐT: 0236.3769.201.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược & TTBYT, Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu. Địa chỉ: 68 Hoàng Văn Thái, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 17h ngày 02 tháng 5 năm 2024 (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa cần mua sắm: Phụ lục 1 đính kèm

- Nội dung báo giá: đầy đủ chi tiết các thông tin theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm.  
- Bảng chào giá phải có xác nhận của Công ty bằng bảng chính (ký và đóng dấu của đại diện hợp pháp).

2. Các thông tin khác

- Giấy phép kinh doanh của đơn vị, công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (đối với TTB y tế)



Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty, đơn vị cung ứng


Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Bộ phận CNTT (đăng website);
- Lưu: VT, KD&TTBYT.



**BS. Trần Viết Gia**





**Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá mời chào giá vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, oxy y tế cho Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2024**  
(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: 37/YCBG-BV của Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu ngày 22 tháng 4 năm 2024)

TT	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan tới thông số kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng/ khối lượng
<b>Phần 1</b>	<b>Mua sắm Vật tư nha khoa</b>			
1	Bình xịt sát khuẩn tay khoan	Sát khuẩn tay khoan	Bình	6
2	Calcium Hydroxide	Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tủy	Hộp	6
3	Chất trám tạm Ceivitron	Chất trám tạm chứa thành phần: polyvinyl acetate, oxide kẽm, kẽm sulfate, ethanol. Độ ổn định cao, chịu lực tốt Để áp dụng và loại bỏ.	Hộp	16
4	Chỉ nha khoa Oral-B	Chỉ nha khoa làm sạch răng, lấy mảng bám trên răng và kẽ giữa các răng	Cuộn	3
5	Ciment trám không chiếu đèn	Vật liệu trám có cản quang glass ionomer chứa strontium độ cứng cao dành cho răng sau: 1 lọ bột, 1 lọ dung dịch, 1 tập giấy, 1 que để lấy bột	Hộp	8
6	Cọ quét keo	Cán nhựa, đầu tăm rất nhỏ, dễ dàng bề cong để chắm vào các góc ngách, vùng miệng hoặc vết thương nhỏ	Cái	300
7	Composit đặc nhộng	Composite đa năng, chỉ định cho trám răng trước và răng sau. Thăm mỹ đơn giản, có độ co sau khi trùng hợp thấp, dễ dàng đánh bóng và điều khác	Con	26
8	Côn trám bít ống tủy nha khoa (Gutta percha các số)	Đễ dàng và nhanh chóng ước lượng được chiều dài ống tủy. Các côn thuận giống nhau và đồng nhất với các kích cỡ.	Cây	6.396
9	Đai kim loại (Đai matrix)	Đai kim loại linh hoạt, đủ độ mềm dẻo để uốn cong như mong muốn	Cái	16
10	Đai trám nhựa	Dùng trong trám răng thẩm mỹ, dùng 1 lần	Hộp	2
11	Diệt tủy	Thành phần: Anhydrit arsenic, Cocain hydroclorid, Phenol.	Lọ	4
12	Etchant -37	Etchant dạng gel chứa 37% H3(PO)4, và thành phần polymer giúp phân biệt rõ ràng giữa các vùng răng cần xoi mòn	Tube	2
13	Eugenol	Dung dịch sát trùng ống tủy, giảm đau, giảm ê buốt răng, sử dụng như một dung môi đi kèm với oxit kẽm tạo thành hỗn hợp trám tạm trong điều trị phục hồi nha khoa - Thành phần: Eugenol - Dạng nước	Lọ	4
14	Gel bôi trơn ống tủy (Glyde)	Loại bỏ các chất vô cơ bằng EDTA-Ca+. Sửa soạn ống tủy dễ dàng hơn nhờ tác dụng bôi trơn. Loại bỏ mùn ngà, giúp làm sạch thành ống tủy	Tube	3



TT	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan tới thông số kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng/ khối lượng
15	Keo trám thẩm mỹ	Keo dán dùng trong phục hình gián tiếp hay trực tiếp, hạt độn nano tạo thành lớp đồng nhất và thâm nhập sâu vào các ống ngà nhờ đó lực dán vào cấu trúc răng được cải thiện và ít bị ê sau khi trám.	Lọ	2
16	Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy (Lentulo)	Đây là dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ	Cây	624
17	Kim nha khoa (ngắn, dài)	Kim nha khoa G27. Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén. Kim làm bằng thép không gỉ	Cái	520
18	Kính trộn	Kính trộn	Cái	2
19	Mũi khoan kim cương	Chất liệu thép cao cấp, đầu phủ kim cương, với nhiều hình dáng khác nhau phù hợp với yêu cầu làm việc của nha sĩ.	Cái	533
20	Mũi nhựa đánh bóng thẩm mỹ	Mũi nhựa đánh bóng thẩm mỹ	Cái	7
21	Ống hút nước bọt	Nhựa trong có phần lõi thép bên trong để dàng uống cong	Gói	38
22	Oxyt kẽm	Oxyt kẽm được sử dụng trong điều trị nội nha, trám tạm, gắn tạm	Hộp	2
23	Sò đánh bóng	Dùng để làm sạch bề mặt răng	Con	13
24	Tay khoan chậm	<p>Tay khoan khuấy tốc độ chậm chuck gạt RC-58, thiết kế bằng vật liệu không gỉ            Tỷ lệ truyền 1:1            Tốc độ quay motor tối đa 25.000 vòng/phút            Không có đường nước            Chuck gạt, thay mũi khoan dễ dàng và thuận tiện            Ngăn và nhẹ mang lại tầm nhìn tuyệt vời và đảm bảo rất thoải mái cho mọi thao tác trong điều trị            Toàn bộ thân tay khoan làm bằng thép không gỉ, sáng bóng            Mũi khoan với chuẩn EN ISO 1797-1, đường kính khoảng 2,35mm            Có thể hấp tiệt trùng xấp xỉ 135°C            Chuẩn kết nối motor ISO 3964 hoặc tương đương            Có thể chọn mua thêm bộ dẫn nước bên ngoài cho tay khoan RC-E spray kit</p>	Cái	2
25	Tay khoan nhanh	<p>3 tia phun sương làm mát tối ưu            Vị trí đèn LED tối ưu cho tầm nhìn tốt nhất tại vị trí điều trị            Hệ thống chuck bám thay mũi khoan dễ dàng, nhanh chóng mà chỉ cần tác động một lực nhỏ            Hệ thống đầu tay khoan vệ sinh, chống hút ngược. Dòng khí luân chuyển bên trong đầu tay khoan đảm bảo không có các hạt hơi sương bị hút ngược vào bên trong tay khoan khi cánh quạt rotor giảm tốc độ            Cánh quạt rotor mới với thiết kế hình học tối giúp rotor hoạt động hiệu quả cao hơn. Mang đến lực torque và công suất mạnh tối ưu cho công việc sửa soạn.            Hấp tiệt trùng tối đa đến 135 độ C và thích hợp khử trùng nhiệt            Ánh sáng: LED , kết nối với coupling có bộ phát nguồn tích hợp</p>	Cái	3

TT	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan tới thông số kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng/khối lượng
26	Trám gai VN	<p>Cường độ sáng <math>\geq 25.000</math> lux</p> <p>Kích cỡ đầu tay khoan xấp xỉ <math>\varnothing 12.2</math> mm</p> <p>Công suất <math>\geq 18</math> W</p> <p>Bì sử</p> <p>Tốc độ tương đương 330,000 vòng/phút</p> <p>Mũi khoan sử dụng: Mũi FG, với chuẩn ISO 1797-1, <math>\varnothing 1.6</math> mm hoặc tương đương</p> <p>Đường kính tối đa đầu mũi khoan làm việc: 2 mm</p> <p>Chiều dài tối đa mũi khoan sử dụng: 25 mm</p> <p>Độ ồn xấp xỉ 62 dB (A)</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương.</p>	Cây	390
27	Trám nạo dẻo Nitiflex	Trám được làm từ chất liệu niti, có độ dẻo, tránh gãy trong trường hợp thăm dò ống thủy cong khó	Cây	1.200
28	Chất trám bít ống tủy	<p>Thành phần: Prednisolone acetate 1,1%; Diiodothymol; Kẽm oxit; Bari sunfat; Tá được</p> <p>Trám bít ống tủy trong điều trị nội nha</p>	Hộp	4
<b>Phần 2</b>	Film XQ nha khoa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phim X-Quang nha khoa cỡ <math>30 \pm 1</math>mm x <math>40 \pm 1</math> mm</li> <li>- Tương thích với tất cả máy chụp X-quang nha</li> <li>- Xử lý với hóa chất rửa phim X-quang có trên thị trường</li> </ul>	Tám	2.535
Phần 3	Băng dính cuộn vải lụa y tế	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Băng vải lụa. Kích thước 2,5cm x 5m, Chất liệu vải không đàn dẹt ít dị ứng hoặc tương đương.</li> <li>- Chứng nhận ISO hoặc tương đương.</li> </ul>	Cuộn	1.200
Phần 4	Kim trích máu các loại, các cỡ đầu xoay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng để lấy máu mao mạch cho các xét nghiệm máu.</li> <li>- Sản phẩm sử dụng một lần.</li> <li>- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương</li> </ul>	Cái	1.000
Phần 5	Kim tiêm các số	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kim tiêm 18 G-24 G vô trùng, không độc, không gây sốt.</li> <li>- Chứng nhận ISO hoặc tương đương.</li> </ul>	Cái	16.512
Phần 5	Ống EDTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống nghiệm nhựa có nắp, chứa Ethylenediaminetetra Acid Dipotassium (EDTA K2)</li> <li>- Chứng nhận ISO hoặc tương đương.</li> </ul>	Cái	87.360



TT	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan tới thông số kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng/ khối lượng
Phần 7	Ống nghiệm Citrate 2ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate được pha theo nồng độ và tỉ lệ phù hợp.</li> <li>- Chứng nhận ISO hoặc tương đương</li> </ul>	Cái	400
Phần 8	Gel siêu âm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gel bôi trơn gốc nước được dùng trong siêu âm.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, hoặc TCCS, hoặc tương đương</li> </ul>	Can	50
Phần 9	Bơm tiêm nhựa 20ml có kim, sử dụng 1 lần	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bơm tiêm 20 ml được sản xuất từ nhựa y tế</li> <li>- Kim làm bằng thép không gỉ.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO, hoặc TCCS, hoặc tương đương</li> </ul>	Cái	7.150
Phần 10	Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần các cỡ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần.</li> <li>+ Kim bao phim thành vi, kích thước 0,3 x 25mm, 0,3 x 40 mm mỗi vi 10 cây, cán kim bằng thép không gỉ.</li> <li>- Chứng nhận ISO hoặc tương đương.</li> </ul>	Cái	207.99 5
Phần 11	Ống nghiệm nhỏ có nắp, có nhãn 5ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống nghiệm nhựa PS trong suốt 5 ml, có nắp, có nhãn.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO, hoặc tương đương</li> </ul>	Ống	16.900
Phần 12	Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ dây truyền dịch được làm từ nhựa nguyên sinh PVC y tế kéo thành ống dây dẻo không gây gấp khi bảo quản và sử dụng, tiết trùng.</li> <li>- Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi vô khuẩn.</li> <li>- Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch</li> <li>- Chứng nhận ISO, hoặc tương đương</li> </ul>	Bộ	3.475
Phần 13	Sonde Nelaton vô trùng các số	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm từ cao su thiên nhiên hoặc nhựa PVC, không gây kích ứng, mềm.</li> <li>- Dùng dẫn lưu nước tiểu một lần cho bệnh nhân. Vô trùng, đóng gói riêng lẻ.</li> </ul>	Cái	97
Phần 14	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hiện định tính kháng nguyên HBV trong mẫu: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần.</li> <li>- Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 100%. Kết quả xét nghiệm ổn định tới 30 phút.</li> </ul>	Test	1.050
Phần 15	Điện cực tim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính cao, không để lại chất kết dính.</li> <li>- Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối.</li> <li>- Chứng nhận ISO hoặc tương đương.</li> </ul>	Cái	100
Phần 16	Ống nghiệm Heparin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống nghiệm nhựa có nắp, Hóa chất bên trong là Heparin Lithium ở dạng khô kháng đông cho 2ml máu.</li> <li>- Chứng nhận ISO hoặc tương đương.</li> </ul>	Cái	43.680

TT	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan tới thông số kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng/khối lượng
Phần 17	Băng cuộn vải	- Băng cuộn vải kích thước tối thiểu 7cm x 2-3cm	Cái	585
Phần 18	Đè lưới gỗ	- Sản phẩm được làm bằng gỗ và được tiết trùng - Đạt tiêu chuẩn cơ sở hoặc tương đương	Cái	50.700
Phần 19	Test nhanh chẩn đoán HIV	- Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần tĩnh mạch, máu toàn phần mao mạch. - Độ nhạy: $\geq 99.0\%$ , Độ đặc hiệu $\geq 99.9\%$ , Độ lặp lại và độ tái lập đồng thuận đạt 100%.	Test	1200
Phần 20	Phim X Quang rửa buồng tối 30*40cm	- Kích thước 30x40cm - Phim X quang ướt, siêu nhạy - Tương thích với tất cả máy chụp X-quang - Tương thích với các loại rửa phim thông dụng	Tám	1.000
Phần 21	Máy đo huyết áp cơ	- Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt Đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao. - Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính xác cao	Cái	18
Phần 22	Tai nghe tim phổi một dây	- Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa. - Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm không đau tai	Cái	2
Phần 23	Vòi rửa mắt khẩn cấp	- Được làm từ vật liệu inox, không rỉ sét. - Gồm 2 vòi rửa mắt xoay 360 độ được đẩy bằng 2 nắp. - Có van linh hoạt chuyển đổi giữa vòi rửa mắt và vòi rửa tay.	Cái	1
Phần 24	Nhiệt kế điện tử	- Dùng kẹp nhiệt tại nách, bẹn... Sai số đo dao động tầm khoảng 0.2 - 0.3 độ C	Cái	10
Phần 25	Xe vận chuyển bệnh nhân ngồi	- Khung xe lăn được làm từ thép chịu lực, chống bị rỉ sét, chịu được tải trọng lớn lên tới 100kg. Thiết bị mới 100%.	Chiếc	2
Phần 26	Vò bình oxy y tế	- Bình (loại 40 lít) hoặc tương đương - Áp suất P: $\geq 150$ bar - Bình mới 100% - Đã được kiểm định chất lượng theo quy định	Cái	4
Phần 27	Xe đẩy bình oxy	- Xe đẩy cho bình oxy 40 lít hoặc tương đương	Cái	1
Phần 28	Xe đẩy hàng 4 bánh	- Xe đẩy hàng 4 bánh làm bằng inox, bánh xe chịu được trọng lượng cao, không gây tiếng ồn khi di chuyển	Cái	1



TT	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan tới thông số kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng/ khối lượng
Phân 29	Khí Oxy y tế bình 40L (6m <sup>3</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàm lượng Oxy <math>\geq 99,6\%</math> thể tích</li> <li>- Áp suất P: <math>\geq 150</math> bar</li> <li>- Bình 6m<sup>3</sup> (loại 40 lít) hoặc tương đương</li> </ul>	Bình	109
Phân 30	Khí Oxy y tế bình loại nhỏ (< 3m <sup>3</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàm lượng Oxy <math>\geq 99,6\%</math> thể tích</li> <li>- Áp suất P: <math>\geq 150</math> bar</li> <li>- 1,5 m<sup>3</sup> &lt; Bình &lt; 3m<sup>3</sup> hoặc tương đương</li> </ul>	Bình	14
Phân 31	Bóng đèn Halogen 24V, 25W	Halogen 24V, 25W	Cái	10
Phân 32	Bóng đèn Halogen 24V, 25W	Halogen 24V, 250W	Cái	5
Phân 33	Hộp inox	Hộp inox 8cm	Cái	1
Phân 34	Pen thẳng có máu	Pen thẳng có máu 16 cm	Cái	1
Phân 35	Bao tẩm điện cực sóng xung	Kích thước: 8 cm*12 cm	Tám	20
Phân 36	Dây kéo dẫn cột sóng cổ	Dây kéo giãn cổ dạng kéo giúp làm giảm lực nén và căng thẳng ở cổ	Cái	1
Phân 37	Dây kéo dẫn cột sóng thất lưng	Kéo giãn cột sóng lưng hỗ trợ điều trị các bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, đau dây thần kinh tọa, hẹp đốt sống, đau lưng,...	Cái	1
Phân 38	Dây điện châm	Dây điện châm có hai đầu châm tròn	Dây	50
Phân 39	Túi chườm nóng	Túi chườm nóng	Cái	2
Phân 40	Thước đo chiều cao góc tường	Sử dụng đo chiều cao 2m, thước có vạch rõ chi tiết đơn vị cm.	Cái	2
Phân 41	Cân y tế	Mặt kính, tám lót và bảng tham khảo bằng chất liệu nhựa, đảm bảo độ chính xác và bền.	Cái	3
Phân 42	Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0	Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi Polyglactin và Calcium Stearate, số 4/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn, dài 20 mm, đường kính kim 1/2 đường tròn.	Sợi	144



## Phụ lục 2

(Đính kèm theo Yêu cầu báo giá số: 337/YCBBG-BV ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bệnh viện Đa Khoa Nam Liên Chiểu)

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa Khoa Nam Liên Chiểu

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (Đã có VAT)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1										
...										
<b>Tổng cộng:</b>										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm... [ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT**  
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)